



महाराष्ट्र शासन
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशिव
GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, DHARASHIV
कोविड-१९ इमारत, जिल्हा रुग्णालय आवार, धाराशिव. (महाराष्ट्र) 413 501
e-mail: deangmcosmanabad@gmail.com



जा.क्र./शावैमधा/भांडार/रा.यो./दरपत्रके/ 105 /२०२५

दिनांक: ०९ /०९/२०२५

प्रति,

विषय :- सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षाकरिता राज्य योजना (स्टेट-प्लॅन) अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यते मधील यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीकरिता दरपत्रके प्रसिध्द करणेबाबत.
संदर्भ :- दिनांक /०९/२०२५ रोजीची मंजूर कार्यालयीन टिप्पणी.

उपरोक्त विषयास अनुसरून कळविण्यात येते की नवनिर्मित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशिव या संस्थेतील वैद्यकीय अभ्यासक्रम व रुग्णसेवेकरिता आवश्यक विविध यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्याची संस्थेस आवश्यकता आहे. तरी मागणीप्रमाणे उच्च दर्जाची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करून पुरवठा/प्रस्थापित करणेकामी पात्र निविदा धारकांकडून विहित अटी व शर्तीना अनुसरून दि. ०९ /०९ /२०२५ ते दि. १७ /०९ /२०२५ कालावधीमध्ये दरपत्रके मागविण्यात येत असून इच्छुक निविदाधारकांनी खालील नमुद पत्त्यावर कार्यालयीन वेळेत सिलबंद लिफाफा मध्ये आपले दरपत्रक सादर करावेत.

सोबत: दरपत्रक नोटीस व विनिर्दिष्टचे जोडली आहेत.

(डॉ.शिल्पा दोमकुंडवार)

अधिष्ठाता,
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,
धाराशिव.

प्रत:- १) सुचना फलक जाहीर नोटिस, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशिव.

२) संकेतस्थळ, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशिव.

३) विभाग प्रमुख, शल्यचिकित्साशास्त्र व शरिर विज्ञानशास्त्र, शा.वै.म. धाराशिव.

कार्यालयाचा पत्ता

अधिष्ठाता,
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,
जिल्हा सामान्य रुग्णालय आवार,
धाराशिव-४१३५०९

दरपत्रक नोटिस

नवनिर्मित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील रुग्णसेवा व वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी अत्यावश्यक असलेली यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करून पुरवठा/ प्रस्थापित करणे कामी निविदा धारकाकडून दरपत्रके मागविण्यात येत असून दि. ०९/०९/२०२५ ते दि. १६/०९/२०२५ पर्यंत इच्छुक निविदाधारकांनी अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशिव येथे कार्यालयीन वेळेत सिलबंद लिफाफा मध्ये आपले दरपत्रक करार सादर करावेत.

दरपत्रके सादर करतेवेळी अधिकृत लेटरहेड वर खालील प्रमाणे विहित नमुन्यात तसेच अटी व शर्तीना अनुसरूनच माहिती सादर करावी अन्यथा निविदा प्रक्रियेतून अपात्र करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.

अ.क्र.	यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री	विनिर्दिष्टचे/तपशील	प्रति नग किंमत (सर्व करांसहित) नमुद करावी
शल्यचिकित्साशास्त्र व शरिरविकृतीशास्त्र (श्री-रुग्णालय रक्तपेढी) विभाग			
०१	फॉर्गर्स	सोबत जोडले आहेत	
०२	आर.एच. व्ह्यु बॉक्स	सोबत जोडले आहेत	

अटी व शर्ती:

- ०१) दरपत्रक मोहरबंद लिफाफा दिनांक १७/०९/२०२५ पर्यंत सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत कार्यालयात पोहचतील या बेताने पाठवावेत. जाहिर केलेल्या तारखेनंतर अथवा कार्यालयीन वेळेनंतर आलेले दरपत्रक विचारात घेतले जाणार नाहीत/ ग्राह्य धरले जाणार नाहीत.
- ०२) सुचना फलक/ संकेतस्थळावरील जाहिर नोटीस प्रमाणे इच्छुक कंपनीस दरपत्रक मोहरबंद लिफाफा सादर करण्याची मुभा देण्यात येत आहे. दरपत्रक मोहरबंद लिफाफा "अधिष्ठाता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशिव" यांचे नावे विहित मुदतीत कार्यालयास सादर करावा.
- ०३) दरपत्रक मोहरबंद लिफाफ्यावर " शल्यचिकित्साशास्त्र व शरिरविकृतीशास्त्र विभागाची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री करिता दरपत्रके" तसेच मोहरबंद लिफाफा जमा करण्याचा अंतिम दिनांक दरपत्रधारकाच्या नावाचा शिक्का इत्यादी नमुद असणे आवश्यक आहे.
- ०४) दरपत्रक सिलबंद लिफाफ्यात सादर करावयाचे दस्तऐवज: (Document) जीएसटी (GST) क्रमांक असलेल्या अधिकृत लेटरहेडवर दरपत्रक सादर करावे. त्यासोबत (१) जीएसटी प्राधिकृत प्रत, (२) पॅन कार्ड, (३) शॉप ॲक्ट, (४) शासकीय कार्यालयामध्ये काम केल्याचे मागील तीन (३) वर्षांचे अनुभव प्रमाणपत्र (Valid PO), (०५) आयकर परतावा (२०२१-२२, २०२२-२३, २०२३-२४) इत्यादी प्रमाणपत्रांची स्वाक्षांकित छायांकित प्रत (५) प्रात्यक्षिक अहवाल (सोबत नमुना जोडला आहे) "ANNEXURE-A" (६) स्थळ पाहणी अहवाल (Site Visit Report-सोबत नमुना जोडला आहे) "ANNEXURE-B" (७) एकल दरपत्रक धारक असल्याबाबतचे हमीपत्र (सोबत नमुना जोडला आहे) "ANNEXURE-C" व (८) अचामत रकमेचा मुळ घनाकर्ष इ. सर्व दस्तऐवज जोडणे बंधनकारक आहे.
- ०५) निविदा/दरपत्रके सादर करणाऱ्या उमेदवाराने "अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशिव" यांचे नावे रु. _____ एवढ्या अचामत रकमेचा डिमांड ड्राफ्ट दरपत्रक लिफाफ्यामध्ये सादर करणे बंधनकारक आहे.
- ०६) निविदा सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापुर्वी निविदेतील नमुद साहित्याचे विनिर्दिष्ट्यानुसार (Specifications) खरेदी समिती/ वापरकर्ता विभागास प्रात्यक्षिक (Demo) दाखवुन त्याचा अहवाल दरपत्रकामध्ये जोडुन सादर करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा निविदा प्रक्रियेतून अपात्र करण्यांत येईल.
- ०७) निविदा सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापुर्वी स्थळ पाहणी (Site Visit) करुन तसा अहवाल दरपत्रकामध्ये जोडुन सादर करण्यात यावा.
- ०८) पूरवठाधारकास आगाऊ रक्कम (ADVANCE PAYMENT) अदा करण्यात येणार नाही. अपवादात्मक परिस्थितीमुळे देयक अदा करण्यास झालेल्या विलंबापोटी कोणत्याही स्वरुपाचे व्याज अथवा अतिरिक्त शुल्क/ रक्कम हे कार्यालय अदा करणार नाही. तसेच अशा प्रकारची कोणतीही मागणी मान्य करता येणार नाही.
- ०९) सर्वात कमी दर सादर करणाऱ्या पात्र निविदाधारकाचे दर हे पूढिल ०६ महिन्यांकरिता गोठविण्यांत येतील. कार्यालयाच्या आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी त्याच दराने सामुग्री विहित वेळेत पूरवठा करणे बंधनकारक राहिल.

१०) निविदा घोषित झाल्यानंतर निविदाधारक यांनी निविदेतील यंत्रे/उपकरणे इत्यादी साहित्याच्या बाबतीत विनिर्दिष्ट्यामध्ये नमुद केल्यानुसार सदर यंत्राचा/ उपकरणांचा वॉरंटी कालावधी, सर्वसमावेशक देखभाल करार (CMC), वार्षिक देखभाल करार (AMC) इत्यादी बाबत रु.५०० (अक्षरी: पाचशे रुपये मात्र) इतक्या रमेच्या बॉंडवर हमीपत्र (नोटरी करुन) कार्यालयात सादर करणे बंधनकारक आहे. तदनंतरच पुरवठा करण्यात आलेल्या साहित्याची देयके अदा करण्यात येतील.

Warranty /CMC (Comprehensive maintenance contract)

- A. वॉरंटी विनिर्दिष्ट्यामध्ये नमुद केलेल्या कालावधीसाठी वैध राहिल. तदनंतर शासनाने विहित केलेल्या दरानुसार सी.एम.सी./ए.एम.सी. सेवा पुरविण्यात येईल.
- B. वॉरंटी/सीएमसी कालावधीमध्ये तपासणी सेवा मोफत दिली जावी.
- C. वॉरंटी कालावधीमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या दुरुस्ती सेवेसाठी कोणतेही सेवा शुल्क लागू नाही.
- D. वॉरंटी/सीएमसी कालावधीमध्ये यंत्राच्या/उपकरणाच्या स्थितीच्या प्रत्येक तक्रारीवर जास्तीत जास्त ०३ दिवसांच्या आत तातडीने उपाययोजना केली जाईल.
- ११) सदरील निविदाप्रक्रियेमध्ये नमुद यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री करिता एक पेक्षा जास्त न्युनतम दरधारक (Item wise) प्राप्त झाले असता एकत्रित किंमत मुल्यांकन (Total Value wise Evaluation) पध्दतीने सर्वात न्युनतम दर सादर करणाऱ्या निविदाधारकास पुरवठा आदेश देण्यात येतील.
- १२) वरील सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत अधिकृत लेटरहेडवर सही व शिक्क्यासह शपथपत्र/हमीपत्र दरपत्रकासोबत दाखल करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा निविदा प्रक्रियेतून अपात्र करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.
- १३) अपवादात्क परिस्थितीमुळे उक्त कोणत्याही अटी अथवा शर्तीमध्ये आवश्यकतेनुसार अंशतः बदल करणे अथवा प्राप्त झालेली दरपत्रके कोणतेही कारण/पुर्वसुचना न देता नाकारणे तसेच कोणत्याही स्तरावर निविदा प्रक्रिया रद्द करणे इ. अधिकार संस्थाप्रमुख (अधिष्ठाता) यांनी राखून ठेवलेले आहेत.

नोंद:- सदर दर पत्रके मा.अधिष्ठाता यांचे दालनात उघडण्याची वेळ दिनांक. २०/०१/२०२५ रोजी ११.३० वाजता राहिल. नियोजित वेळेत कोणताही बदल झाल्यास निविदाधारकांना तशी पुर्वसुचना देण्यात येईल.

(डॉ.शिल्पा दोमकुंडवार)

अधिष्ठाता,

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,

धाराशिव.

**Technical Compliance Chart/ Demo Report
(On Bidder Letters Head)**

To,
The Dean,
Government Medical College,
Dharashiv

**Subject: About Submission of Technical Compliance Chart/ Demonstration Reprot.
Reference: Your Tender/Quotation No & Date:**

Sr No.	Name of Instrument as asked in the tender form	Quoted Instrument details by the tenderer (Make & Model ect.)	Whether the tender quoted by the supplier is as per specification asked for Indicate against each item clearly YES/NO

**User/ Head Of Department
Government Medical College,
Dharashiv**

**User/ Head Of Department
Government Medical College,
Dharashiv**

**Signature with Stamp & Seal
OEM/ Othorised Dealer**

/ /2025

**To
The Dean,
Government Medical Collage,
Dharashiv-413501**

Sub: About subbmition of Site Visit Report.

Ref: Bid/Tender/Quotation Number:

Bidder Name :

Our Engineer/ Office Person have Visited the Site Mentioned Below in Consideration and Have understand All technical Details and local condition prevailing for Finishing. The wok and ready to complete the supply, Installation and training work (as applicable).

GPS Photo of site visited Engineer with Government Medical collage employee provided by collage.

**User/ Head Of Department
Government Medical College,
Dharashiv**

**User/ Head Of Department
Government Medical College,
Dharashiv**

**Signature with Stamp & Seal
OEM/ Othorised Dealer**

एकल दरपत्रक अधिकृत विक्रेता/पुरवठादार/कंपनी यांचे लेटरहेड

Letter No.

Date :-

प्रति
अधिष्ठाता,
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,
धाराशिव.

विषय :- एकल दरपत्रक सादर करणेसंबंधीचे हमीपत्र सादर करणेबाबत...

संदर्भ :- आपले दरपत्रक मागणी पत्र

क्रमांक. _____

दिनांक _____

महोदय

संदर्भाकित दरपत्रक मागणी पत्रानुसार मागणी करण्यात आलेले एकल दरपत्रक सादर करण्यासंबंधीचे हमीपत्र मी खालील प्रमाणे सादर करित आहे.

हमीपत्र (Undertaking)

याद्वारे हमी देतो की, दरपत्रक प्रक्रियेसाठी एकच दरपत्रक सादर करित आहे. आमच्याच फर्मशी निगडीत असलेल्या कुठल्याही व्यक्तीच्या नावे किंवा अप्रत्यक्षपणे केवळ आम्हास लाभ होईल, अश्याप्रकारे दुसरे दरपत्रक दरपत्रकप्रक्रियेमध्ये सादर केलेला नाही. तसेच माझा/आमचा आपल्या कार्यालयातील खरेदी प्राधिकाऱ्यांशी कुठलेही हितसंबंध नाही.

उक्त बाब भविष्यात असत्य/खोटी आढळून आल्यास, सर्वस्वी जबाबदारी आमची राहिल. नियमानुसार होणाऱ्या कार्यवाहीस मी/आम्ही पात्र असू. तद्संबंधी माझी/आमची कुठलीही हरकत राहणार नाही. अशी याद्वारे हमी देत आहे.

अधिकृत व्यक्तचे नाव व स्वाक्षरी,
शिक्का आणि मोहर
Authorized Person Name,
Signature
with Stamp and Seal

Department of General Surgery

Technical Specifications

Foggers Machine


TECHNICAL SPECIFICATION

Body & Tank :	304 Grade Stainless Steel
Tank Capacity :	4 Liter of Chemical Storage
Blower Motor :	>26000 RPM Motor
Nozzle :	1 Counter Rotating Vortex Nozzle
Control Valve :	One Turn Brass Valve
Particle Size :	0.5-30 μ , Adjustable, Viscosity And Density Can Affect Practical Size
Range :	Visible fog, 20-40 ft
Input :	230V 50Hz Single Phase AC Supply
Dimensions :	[33 * 41 * 23.5 Cm] L*H*Dia


- SS Body Fogger Provides Excellent Control Of Droplet Size, Even For Near-Invisible 0.5-10 Micron Droplets Needed By Concentrated ULV Chemicals.
- The Fogger Can Treat 20-4,000 Cubic Feet Per Minute, Reducing Application Time And Labor-Costs. And When You Need High Output And Large Droplets, The Fogger Is Just As Effective.
- It Can Deliver Up To 150 MI/Min In A Mist Of Large (30 Micron) Droplets Used In Humidification, Dust Abatement And Sanitizing Work. The Advanced Fogger

Can Apply Either Oil- Or Water-Based Chemicals. And It's Easy To Calibrate When Changing Liquids.


- o This Machine Atomizes Liquid Into A Fog, Mist Or Spray Of Small Droplets, It Can Atomize Both Water Based Solutions Well.



(Dr. Prashant Patil)
Assistant Professor
Dept. of General Surgery
Government Medical College
Dharashiv



(Dr. Dayanand Choure)
Assistant Professor
Dept. of General Surgery
Government Medical College
Dharashiv



(Dr. Rohan Khairatkar)
Associate Professor & Head
Dept. of General Surgery
Government Medical College
Dharashiv

OM
P.N.
u gar
tact:
: ww
ean,
overr
aras
no.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

RH View Box

Blood typing
RH determination
Warming slides for gram- strains
Tissue typing
Reading enzymes antibody screen in microplate
Compact Economical Slide- Warmer!
Soft, fluorescent, glare-free light
Built-in temperature indicator

Description:-

Come with a soft fluorescent, glare free bulb that provide excellent uniform slide illumination and a temperature indicator that easily and accurately monitor the viewing area and regulates the temperature to compensate for ambient temperature changes (range 45°C to 50°C). has built-in temperature indicator for easy and accurate monitoring of the viewing area. An Rh slide can reach a temperature of 37°C to 39°C in two minutes, eliminating heating up. The viewing area temperature is easily adjustable to compensate for any ambient temperature of housing, pivotally supported in a frame. Meets the Rh slide test standards set by the AABB.

Application:


Blood typing
Rh determinations
Warming slides for Gram's strains
Tissue typing
Reading enzymes antibody screen in microplates

Specification:-


Built-in temperature indicator for easy, accurate monitoring of viewing area.
Viewing area temperature adjusts easily to compensate for ambient temperature changes. (Range: 45°C to 50°C)
Rh slides reaches temperature of 37°C to 39°C in two minutes, eliminating wasted heat up time.
Soft, fluorescent, glare free light provide uniform illumination of slide contents.
View box can be gently rocked using large knob on support cradle.
Sturdily, easy-to-clean Metallic Powder compact case. Utilizes minimal bench space.
Meets Rh slide test standard set by the AABB.
Unit conveniently includes three-wire cord and plug.

Stop Watch

Big digit display
Useful for a wide range of activities
1/100 second precision with Lap Counter
12/24 hour format
Application : Bell Alarm, Stop Watch, Time, Date



(Dr. Vivek Kolage)
Assistant Professor
Dept. of Pathology
Government Medical College
Dharashiv



(Dr. Jayashri Khiste)
Associate Professor & Head
Dept. of Pathology
Government Medical College
Dharashiv