
	<p>महाराष्ट्र शासन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशिव GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, DHARASHIV कोविड-१९ इमारत, जिल्हा रुग्णालय आवार, धाराशिव. (महाराष्ट्र) 413 501 e-mail: deangmcosmanabad@gmail.com</p>	
<p>जा.क्र./शावैमधा/भांडार/रा.यो./दरपत्रके/ 106 /2024</p>		<p>दिनांक: 06/09/2024</p>

प्रति,

विषय :- सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षाकरिता राज्य योजना (स्टेट-प्लॅन) अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यते मधील यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीकरिता दरपत्रके प्रसिध्द करणेबाबत.
संदर्भ :- दिनांक ०६/०९/२०२५ रोजीची मंजुर कार्यालयीन टिप्पणी.

उपरोक्त विषयास अनुसरून कळविण्यात येते की नवनिर्मित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशिव या संस्थेतील नेत्रशल्यचिकित्साशास्त्र विभागास वैद्यकीय अभ्यासक्रम व रुग्णसेवेकरिता विविध यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्याची संस्थेस आवश्यकता आहे.

तरी मागणीप्रमाणे उच्च दर्जाची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करून पुरवठा/प्रस्थापित करणेकामी पात्र निविदा धारकांकडून विहित अटी व शर्तीना अनुसरून दि.०९/०९/२०२५ ते दि.१६/०९/२०२५ कालावधीमध्ये दरपत्रके मागविण्यात येत असून इच्छुक निविदाधारकांनी खालील नमुद पत्त्यावर कार्यालयीन वेळेत सिलबंद लिफाफा मध्ये आपले दरपत्रक सादर करावेत.

सोबत: दरपत्रक नोटीस व विनिर्दिष्टचे जोडली आहेत.



(डॉ.शिल्पा दोमकुंडवार)
अधिष्ठाता,
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,
धाराशिव.

प्रत:- १) सुचना फलक जाहीर नोटिस, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशिव.
२) संकेतस्थळ, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशिव.
३) विभाग प्रमुख, नेत्रशल्यचिकित्साशास्त्र, शा.वै.म., धाराशिव.

कार्यालयाचा पत्ता
अधिष्ठाता,
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,
जिल्हा सामान्य रुग्णालय आवार,
धाराशिव-४१३५०९

दरपत्रक नोटिस

नवनिर्मित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील औषधवैद्यकशास्त्र/ स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र/ कान-नाक-घसाशास्त्र विभागास रुग्णसेवा व वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी अत्यावश्यक असलेली यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करून पुरवठा/ प्रस्थापित करणे कामी निविदा धारकाकडून दरपत्रके मागविण्यात येत असून दि. ०९/०९/२०२५ ते दि. १७/०९/२०२५ पर्यंत इच्छुक निविदाधारकांनी अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशिव येथे कार्यालयीन वेळेत सिलबंद लिफाफा मध्ये आपले दरपत्रक करार सादर करावेत.

दरपत्रके सादर करतेवेळी अधिकृत लेटरहेड वर खालील प्रमाणे विहित नमुन्यात तसेच अटी व शर्तीना अनुसरूनच माहिती सादर करावी अन्यथा निविदा प्रक्रियेतून अपात्र करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.

अ.क्र.	यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री	विनिर्दिष्टचे/तपशील	प्रति नग किंमत (सर्व करांसहित) नमुद करावी
नेत्रशल्यचिकित्साशास्त्र विभाग			
१)	नॉन कॉन्टॅक्ट टोनोमीटर	विनिर्दिष्टचे सोबत जोडली आहेत	
२)	ऑटोरेफ्रॅक्टोमीटर विथ केरॅटीओमीटर		
३)	स्लीट लॅम्प बायोमायक्रोस्कोपी		
४)	इनडायरेक्ट ऑपथलमस्कोप		
५)	स्ट्रीक रेटीनोस्कोप		
६)	ऑपथल्मीक रेफ्रॅक्शन युनिट		
७)	मोटोराईजड टेबल		
८)	ट्रायल सेट विथ फ्रेम		
९)	आय चार्ट एच डी स्मार्ट		

अटी व शर्ती:

- ०१) दरपत्रक मोहरबंद लिफाफा दिनांक १७/०९/२०२५ पर्यंत सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत कार्यालयात पोहचतील या बेताने पाठवावेत. जाहिर केलेल्या तारखेनंतर अथवा कार्यालयीन वेळेनंतर आलेले दरपत्रक विचारात घेतले जाणार नाहीत/ ग्राह्य घरले जाणार नाहीत.
- ०२) सुचना फलक/ संकेतस्थळावरील जाहिर नोटीस प्रमाणे इच्छुक कंपनीस दरपत्रक मोहरबंद लिफाफा सादर करण्याची मुभा देण्यात येत आहे. दरपत्रक मोहरबंद लिफाफा "अधिष्ठाता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशिव" यांचे नावे विहित मुदतीत कार्यालयास सादर करावा.
- ०३) दरपत्रक मोहरबंद लिफाफ्यावर "नेत्रशल्यचिकित्साशास्त्र विभागाची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री करिता दरपत्रके" तसेच मोहरबंद लिफाफा जमा करण्याचा अंतिम दिनांक दरपत्रधारकाच्या नावाचा शिक्का इत्यादी नमुद असणे आवश्यक आहे.
- ०४) दरपत्रक सिलबंद लिफाफ्यात सादर करावयाचे दस्तऐवज: (Document) जीएसटी (GST) क्रमांक असलेल्या अधिकृत लेटरहेडवर दरपत्रक सादर करावे. त्यासोबत (१) जीएसटी प्राधिकृत प्रत, (२) पॅन कार्ड, (३) शॉप अॅक्ट, (४) शासकीय कार्यालयामध्ये काम केल्याचे मागील तीन (३) वर्षांचे अनुभव प्रमाणपत्र (Valid PO), (०५) आयकर परतावा (२०२१-२२, २०२२-२३, २०२३-२४) इत्यादी प्रमाणपत्रांची स्वाक्षांकित छायांकित प्रत (५) प्रात्यक्षिक अहवाल (सोबत नमुना जोडला आहे) "ANNEXURE-A" (६) स्थळ पाहणी अहवाल (Site Visit Report-सोबत नमुना जोडला आहे) "ANNEXURE-B" (७) एकल दरपत्रक धारक असल्याबाबतचे हमीपत्र (सोबत नमुना जोडला आहे) "ANNEXURE-C" व (८) अनामत रकमेचा मुळ धनाकर्ष इ. सर्व दस्तऐवज जोडणे बंधनकारक आहे.
- ०५) निविदा/दरपत्रके सादर करणाऱ्या उमेदवाराने "अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशिव" यांचे नावे स्टेट बँक ऑफ इंडिया, जिल्हा न्यायालय शाखा, धाराशिव येथे देय रु.५०,०००/- एवढ्या अनामत रकमेचा डिमांड ड्राफ्ट दरपत्रक लिफाफ्यामध्ये सादर करणे बंधनकारक आहे.
- ०६) निविदा सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापुर्वी निविदेतील नमुद साहित्याचे विनिर्दिष्टानुसार (Specifications) खरेदी समिती/ वापरकर्ता विभागास प्रात्यक्षिक (Demo) दाखवून त्याचा अहवाल दरपत्रकामध्ये जोडून सादर करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा निविदा प्रक्रियेतून अपात्र करण्यांत येईल.

- ०७) निविदा सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वी स्थळ पाहणी (Site Visit) करून तसा अहवाल दरपत्रकामध्ये जोडून सादर करण्यात यावा.
- ०८) पुरवठाधारकास आगाऊ रक्कम (ADVANCE PAYMENT) अदा करण्यात येणार नाही. अपवादात्मक परिस्थितीमुळे देयक अदा करण्यास झालेल्या विलंबापोटी कोणत्याही स्वरुपाचे व्याज अथवा अतिरिक्त शुल्क/ रक्कम हे कार्यालय अदा करणार नाही. तसेच अशा प्रकारची कोणतीही मागणी मान्य करता येणार नाही.
- ०९) सर्वात कमी दर सादर करणाऱ्या पात्र निविदाधारकाचे दर हे पृष्ठिल ०६ महिन्यांकरिता गोठविण्यांत येतील. कार्यालयाच्या आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी त्याच दराने सामुग्री विहित वेळेत पुरवठा करणे बंधनकारक राहिल.
- १०) निविदा घोषित झाल्यानंतर निविदाधारक यांनी निविदेतील यंत्रे/उपकरणे इत्यादी साहित्याच्या बाबतीत विनिर्दिष्ट्यामध्ये नमुद केल्यानुसार सदर यंत्राचा/ उपकरणांचा वॉरंटी कालावधी, सर्वसमावेशक देखभाल करार (CMC), वार्षिक देखभाल करार (AMC) इत्यादी बाबत रु.५०० (अक्षरी: पाचशे रुपये मात्र) इतक्या रमेच्या बाँडवर हमीपत्र (नोटरी करून) कार्यालयात सादर करणे बंधनकारक आहे. तदनंतरच पुरवठा करण्यात आलेल्या साहित्याची देयके अदा करण्यात येतील.

Warranty /CMC (Comprehensive maintenance contract)

- A. वॉरंटी विनिर्दिष्ट्यामध्ये नमुद केलेल्या कालावधीसाठी वैध राहिल. तदनंतर शासनाने विहित केलेल्या दरानुसार सी.एम.सी./ए.एम.सी. सेवा पुरविण्यात येईल.
- B. वॉरंटी/सीएमसी कालावधीमध्ये तपासणी सेवा मोफत दिली जावी.
- C. वॉरंटी कालावधीमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या दुरुस्ती सेवेसाठी कोणतेही सेवा शुल्क लागू नाही.
- D. वॉरंटी/सीएमसी कालावधीमध्ये यंत्राच्या/उपकरणाच्या स्थितीच्या प्रत्येक तक्रारीवर जास्तीत जास्त ०३ दिवसांच्या आत तातडीने उपाययोजना केली जाईल.

- ११) सदरील निविदाप्रक्रियेमध्ये नमुद यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री करिता एक पेक्षा जास्त न्युनतम दरधारक (Item wise) प्राप्त झाले असता एकत्रित किंमत मुल्यांकन (Total Value wise Evaluation) पध्दतीने सर्वात न्युनतम दर सादर करणाऱ्या निविदाधारकास पुरवठा आदेश देण्यात येतील.
- १२) वरील सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत अधिकृत लेटरहेडवर सही व शिक्क्यासह शपथपत्र/हमीपत्र दरपत्रकासोबत दाखल करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा निविदा प्रक्रियेतून अपात्र करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.
- १३) अपवादात्क परिस्थितीमुळे उक्त कोणत्याही अटी अथवा शर्तीमध्ये आवश्यकतेनुसार अंशतः बदल करणे अथवा प्राप्त झालेली दरपत्रके कोणतेही कारण/पुर्वसुचना न देता नाकारणे तसेच कोणत्याही स्तरावर निविदा प्रक्रिया रद्द करणे इ. अधिकार संस्थाप्रमुख (अधिष्ठाता) यांनी राखून ठेवलेले आहेत.

नोंद:- सदर दर पत्रके मा.अधिष्ठाता यांचे दालनात उघडण्याची वेळ दिनांक. २०/०१/२०२५ रोजी ११.३० वाजता राहिल. नियोजित वेळेत कोणताही बदल झाल्यास निविदाधारकांना तशी पुर्वसुचना देण्यात येईल.



(डॉ.शिल्पा दोमकुंडवार)

अधिष्ठाता,

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,

धाराशिव.

ANNEXURE-A

**Technical Compliance Chart/ Demo Report
(On Bidder Letters Head)**

To,
The Dean,
Government Medical College,
Dharashiv

**Subject: About Submission of Technical Compliance Chart/ Demonstration Reprot.
Reference: Your Tender/Quotation No & Date:**

Sr No.	Name of Instrument as asked in the tender form	Quoted Instrument details by the tenderer	Whether the tender quoted by the supplier is as per specification asked for Indicate against each item clearly YES/NO

User/ Head Of Department
Government Medical College,
Dharashiv

User/ Head Of Department
Government Medical College,
Dharashiv

Signature with Stamp & Seal
OEM/ Othorised Dealer

/ /2025

To
The Dean,
Government Medical Collage,
Dharashiv-413501

Sub: About subbmission of Site Visit Report.

Ref: Bid/Tender/Quotation Number:

Bidder Name :

Our Engineer/ Office Person have Visited the Site Mentioned Below in Consideration and Have understand All technical Details and local condition prevailing for Finishing. The wok and ready to complete the supply, Installation and training work (as applicable).

GPS Photo of site visited Engineer with Government Medical collage employee provided by collage.

**User/ Head Of Department
Government Medical College,
Dharashiv**

**User/ Head Of Department
Government Medical College,
Dharashiv**

**Signature with Stamp & Seal
OEM/ Othorised Dealer**

एकल दरपत्रक अधिकृत विक्रेता/पुरवठादार/कंपनी यांचे लेटरहेड

Letter No.

Date :-

प्रति
अधिष्ठाता,
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,
धाराशिव.

विषय :- एकल दरपत्रक सादर करणेसंबंधीचे हमीपत्र सादर करणेबाबत...

संदर्भ :- आपले दरपत्रक मागणी पत्र

क्रमांक. _____

दिनांक _____

महोदय

संदर्भाकित दरपत्रक मागणी पत्रानुसार मागणी करण्यात आलेले एकल दरपत्रक सादर करण्यासंबंधीचे हमीपत्र मी खालील प्रमाणे सादर करित आहे.

हमीपत्र (Undertaking)

याद्वारे हमी देतो की, दरपत्रक प्रक्रियेसाठी एकच दरपत्रक सादर करित आहे. आमच्याच फर्मशी निगडित असलेल्या कुठल्याही व्यक्तीच्या नावे किंवा अप्रत्यक्षपणे केवळ आम्हास लाभ होईल, अश्याप्रकारे दुसरे दरपत्रक दरपत्रकप्रक्रियेमध्ये सादर केलेला नाही. तसेच माझा/आमचा आपल्या कार्यालयातील खरेदी प्राधिकार्यांशी कुठलेही हितसंबंध नाही.

उक्त बाब भविष्यात असत्य/खोटी आढळुन आल्यास, सर्वस्वी जबाबदारी आमची राहिल. नियमानुसार होणाऱ्या कार्यवाहीस मी/आम्ही पात्र असू. तद्संबंधी माझी/आमची कुठलीही हरकत राहणार नाही. अशी याद्वारे हमी देत आहे.

अधिकृत व्यक्तीचे नाव व स्वाक्षरी,
शिक्का आणि मोहर
Authorized Person Name,
Signature
with Stamp and Seal

OPHTHAL EQUIPMENTS

Technical Specifications

Sr. No	Particulars/Specifications
1	<p style="text-align: center;">NON CONTACT TONOMETER</p> <p style="text-align: center;">Air puff non-contact tonometer</p> <p>To measure intraocular pressure without actual eye contact</p> <p style="text-align: center;">Digital display of intraocular ocular pressure</p> <p>Measurement range 4 to 59 mm of Hg</p> <p style="text-align: center;">Measurement mode: auto start or manual (selectable)</p> <p>5 Years Warranty, After Warranty AMC for next 3 years</p>
2	<p style="text-align: center;">AUTOREFRACTOMETER WITH KERATIOMETER</p> <p>Objective and subjective mode and measuring corneal astigmatism. Low contrast glare acuity testing.</p> <p>Measurable range-sphere plus/minus 20D, Cyl 0 to 7D, Axis 0 to 180. Min. pupil size 2mm.</p> <p>Vertex dist. 10.5, 12.0, 13.5, preferably with IOL mode and print out facility. High accuracy measurements of corneal and contact lens radii and determination of corneal astigmatism.</p> <p>Distance independent co-independent measuring technique. Prism cells for contact lens measurement with power supply unit. Range 4 mm to 13mm radius with 0.01mm increments.</p> <p>Halogen lamp illumination,</p> <p style="text-align: center;">Steel balls standard radius for calibration.</p> <p>5 Years Warranty, After Warranty AMC for next 3 years</p>
3	<p style="text-align: center;">SLIT LAMP BIOMICROSCOPY</p> <p>Slit width - 0-14 mm adjustable</p> <p>Slit length 0.1 -14mm</p> <p>Slit angle +90 - 90 adjustable in steps continuous</p> <p>Decentering of slit image +4 to -4 horizontal</p> <p>Diaphragm sizes 0.2 - 14mm</p> <p>Rotation 0-180 degrees</p> <p>Light source halogen lamps</p> <p>Slit tilt 0-20 degrees</p> <p>Filters cobalt blue, red free, neutral, UV protection</p> <p>Binocular microscope with standard objective and eyepieces</p> <p>5x 40x magnification in steps with drum rotation</p> <p>6 40 mm field of view</p> <p>Movement base movement (x, y, vertical), adequate chin rest movement</p> <p>Beam splitter</p> <p>5 Years Warranty, After Warranty AMC for next 3 years</p>
4	<p style="text-align: center;">INDIRECT OPHTHALMOSCOPE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Binocular Indirect6 Ophthalmoscope with precision viewing upto 1.0 mm pupil size. • Spot size: 3 integrated spot size small spot, medium spot and large spot. • Filters: 2 integrated filters to choose from red free filter, cobalt blue filter, • Vertical adjustment, +/- 4° • Integrated flip up adjustment optics which can be flipped and locked at 0°, 12.5°, 47.5°, 60°. • Aperture and filter adjustment levers: can be locked to the desired position required. • Locking apertures and filter adjustment (Safety clutch): protect mechanism from the

Randle
Asst. prof.

	<p>forced adjustment while in the lock position.</p> <ul style="list-style-type: none"> • P.D. Range from 54-74 mm. • LED illumination • Rechargeable Li-ion battery transformer with LED indicator • Desk Top-cum- charger . • Transformer compatible with voltage system of AC 220- 240 Volts. • Large & small depressors • Carrying case • + 20D lens. <p>5 Years Warranty, After Warranty AMC for next 3 years</p>
5	<p>STREAK RETINOSCOPE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Should have an external focusing sleeve which is easy to grip and manipulate. 2. Should have crossed-linear polarizing filter. 3. Should allow one-hand operation for streak focus and 360° streak rotation. 4. Should be interchangeable to plane mirror and concave mirror mode by sleeve movement. 5. Should use halogen/Xenon streak lamp. 6. Should have 100% dust proof housing and multi-coated optics. 7. Should have detachable brow rest for spectacle wearer 8. Should be battery/ rechargeable battery operated. 9. Should have a carrying case. 10. Should be supplied with the following accessories. Power adaptor <p>5 Years Warranty, After Warranty AMC for next 3 years</p>
6	<p>Ophthalmic refraction Unit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. One fully upholstered comfortable ophthalmic chair with facility of full motorized recline and up & down movements for 300 mm ± 15 mm 2. One stand and console with illuminating light for examination. <p>The stand should have adequate space for placing Keratometry or autorefractometer, NCT, Lensometer, Direct Ophthalmoscope and streak retinoscope, Chart projector & Trial lens set.</p> <p>5 Years Warranty, After Warranty AMC for next 3 years</p>
7	<p>I chart HD SMART</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Should be user friendly and easy for navigation 2 should have compact remote control 3 should wide range examination with multiple chart types like default chart, Favorite charts 3 should have red and green option 4 should supported with USB port 5 should random options on sub-charts 6 should have LED Back light display 7 resolution 1920*1080@60hz 8 range 1m to6m 9 distance of installation 1m to 6m 10 standard accessories -remote control , multi purpose screws -2 <p>5 Years Warranty, After Warranty AMC for next 3 years</p>
8	<p>Motorized Table</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 up/down movement range 150mm stroke length 2 should be smooth and easy to use 3 should have loud lifting capacity of 150kg <p>5 Years Warranty, After Warranty AMC for next 3 years</p>
9	<p>Trial set with Frame</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 trail frame should be made of metallic /plastic material 2 it should be light weight and with comfortable nose rest 3 it should have 3 compartments with each for spherical lenses , cylinder lenses , collider

Abundle
Asst. prof.

4 Trial set should contain following lenses
I spherical lenses +/-
II cylindrical lenses +/-
III occlude
IV pin hole
V stenopeic -slit
VI Maddox rod
VII red and green filters
VIII prisms
IX Jackson gross cylinder
5 Years Warranty, After Warranty AMC for next 3 years

Shanella
ASST - PR - FF.

Emdhatu
(Dr. pavan S. Mahajan)
(0919124)
(Deptt. of Ophthal)